Australian Government
Department of Health

BE COVIDSAFE

KIF NAGĦMEL TEST TAL-ANTIGEN RAPIDU TAL-BŻIEQ

Hemm tipi differenti tat-testijiet tal-antigen rapidu (RATs). Din il-gwida tispjega xi passi bażiċi li għandek issegwi għal RAT li jittestja l-bżieq minn ħalqek.

Qabel ma tibda, iċċekkja x'jgħidu l-istruzzjonijiet tat-test tiegħek. Ara li t-test tiegħek ma skadiex id-data tiegħu ta' skadenza.

1.

Tikolx, tixrobx, tpejjipx lanqas tnaddaf sninek 30 minuta qabel ma tagħmel it-test.

2.

Aħsel idejk.

3.

Ikkonettja l-parti li tmur fil-ħalq mat-tubu. Isgħol bil-qawwa għal min 3 darbiet sa 5 darbiet u obżoq fil-parti li tmur fil-ħalq.

4.

Iċċekkja l-istruzzjonijiet tat-test tiegħek biex tara kemm għandek bżonn bżieq.

5.

Neħħi l-parti li tmur fil-ħalq.

6.



Ferra' l-likwidu li ġie mat-test fit-tubu u agħfas 10 darbiet.

7.

Poġġi l-għatu fuq it-tubu u agħfas għal minn 2 sa 3 taqtiriet fuq it-test fejn hu ndikat.

8.

Stenna għal minn 10 sa 20 minuta u aqra r-riżultat. Imbagħad poġġi t-test fil-landa taż-żibel.

Kif taqra r-riżultati tat-test tal-antigen rapidu:



Pożittiv
Għandek il-COVID-19



Negattiv
M'għandekx il-COVID-19



Invalidu
It-test ma ħadimx. Hemm bżonn tagħmel test ieħor.

Jekk ittestjajt pożittiv, int trid tiżola u tirrapporta r-riżultat tiegħek lill-awtoritajiet lokali tiegħek tas-saħħa. Għal aktar tagħrif, żur **www.health.gov.au**, jew ċempel **1800 020 080**. Agħżel 8 għas-servizzi bla ħlas tal-interpretar.

Interpreter